



ООО «ЭНЕРГОСПЕЦКОМПЛЕКТСЕРВИС»
ОГРН 5157746002332
ИНН 7723415659

141008, МО, Мытищи, ул. Колпакова, 24 А
+7 (495) 108-73-96
mail@escs-company.ru

«12» апреля 2018г. №1204-ЗИ-1

Куда:

В Управление федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю

РФ, 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 81

От кого:

ООО «ЭНЕГОСПЕЦКОМПЛЕКТСЕРВИС»

141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, строение 24А,
помещение №4.07-4.09

Телефон: (495) 108-73-96

e-mail: mail@escs-company.ru

контактное лицо: Звиняцковский Илья Владимирович

ЖАЛОБА

на действия **закупочной комиссии**

при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ультрафиолетовой камеры

- 1. Организатор закупки:** Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожного» (Филиал ПАО «РусГидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожного») (далее также – Ответчик).
- 2. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:** www.zakupki.gov.ru.
- 3. Номер извещения о проведении закупки:** 31806027819.
- 4. Предмет закупки:** Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ультрафиолетовой камеры (Лот №13-ТПиР-ОНМ-2018-СШГЭС)
- 5. Дата опубликования извещения о проведении аукциона:** 19.01.2018.

Доводы жалобы:

В силу положений части 1 статьи 105 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) любой участник закупки имеет право обжаловать в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) комиссии по осуществлению закупок, ее членов, заказчика, если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы.

На основании вышеуказанных положений действующего законодательства РФ, а также руководствуясь Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Приказом ФАС от 19.11.2014 № 727/14 (далее также – Административный регламент), ООО «ЭНЕГОСПЕЦКОМПЛЕКТСЕРВИС» просит рассмотреть настоящую жалобу на действия закупочной комиссии и заказчика при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ультрафиолетовой камеры (Лот №13-ТПИР-ОНМ-2018-СШГЭС) с начальной (максимальной) ценой 9 107 584,56 руб. (с учетом НДС) (далее – Аукцион).

Извещение о проведении Аукциона № 31806027819 и аукционная документация (далее также - Извещение, Документация) размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 19.01.2018.

Как следует из содержания Приложения № 1 «Техническое задание» закупочной документации (далее также – Техническое задание), предметом договора, подлежащего заключению по итогам Аукциона, является поставка ультрафиолетовой камеры, технические параметры которой определены в Приложении № 1 к Техническому заданию.

Согласно протоколу заседания закупочной комиссии по открытому аукциону на право заключения договора на поставку ультрафиолетовой камеры от 30.03.2018 № 1 (далее – Протокол рассмотрения заявок) закупочной комиссией ответчика было принято решение об отклонении заявки ООО «ЭСКС» на основании положений пункта 2.8.2.5 б) аукционной документации. В соответствии с вышеуказанным протоколом, предложенная ООО «ЭСКС» к поставке камера CoroCAM 6D (производитель - UViRCO Technologies (Pty) Ltd, Pretoria, SA) не отвечает требованиям закупочной документации, предъявляемым к температуре эксплуатации, значению минимальной обнаруживаемой радиопомехи, а также показателям записи и воспроизведения видеоматериала.

Вместе с тем, ООО «ЭСКС» убеждено, что оспариваемое решение комиссии об отказе нашей компании в допуске к дальнейшему участию в Аукционе является необоснованным и принято в нарушение положений действующего антимонопольного законодательства РФ исходя из следующего.

В соответствии с условиями пункта 3.1 Технического задания основанием закупки ультрафиолетовой камеры является обеспечение поиска и регистрации коронных разрядов вблизи высоковольтных вводов блочных трансформаторов.

Согласно Приложению № 2 к Техническому заданию, минимальная обнаруживаемая радиопомеха (RIV) закупаемой ультрафиолетовой камеры должна составлять 3.6 dB μ V на частоте 1 МГц, температура хранения и эксплуатации должна быть в диапазоне от -20°C до +55°C (без принудительного охлаждения), при этом запись и воспроизведение видео должна осуществляться в формате MOV, HD, 720p, 1280x720 пикселей.

Пунктом 2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) определено, что при проведении торгов, запроса котировок цен, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, если иное не установлено федеральным законом.

Согласно пункту 6 Технического задания, допускается поставка аналогичного товара. **По своим техническим, качественным характеристикам, функциональным (потребительским) свойствам заявленная ООО «ЭСКС» к поставке камера CoroCAM 6D в полном мере отвечает требуемым заказчиком условиям эксплуатации и является аналогичной определенной в закупочной документации камере производства компании «Ofil».** Заявленная камера в полной мере соответствует потребностям заказчика и

обеспечивает использование оборудования согласно целям и задачам, определенным в пункте 3.1 Технического задания.

Согласно пункту 3.2 Технического задания потребность заказчика внесена в производственную программу ТПиР Филиала на 2017÷2022 годы (номер титула 12.17-ТПиР4-2013-СШГЭС), утвержденную протоколом №ГИ_ПП_05 от 30.03.2017.

Вместе с тем, вышеуказанные технические характеристики не обусловлены реальными потребностями ответчика и определены с учетом конструктивных особенностей ультрафиолетовой камеры DayCor Luminar производства компании «Ofil».

При этом в соответствии пунктами 1.4 и 1.5 Технического задания, в отношении прибора должно быть выдано свидетельство о первичной метрологической поверке (дата поверки должна быть не ранее шестидесяти дней до даты приобретения товара). Свидетельство о поверке должно быть оформлено в соответствии с «Порядком проведения поверки средств измерений, требованиями к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденными Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 1815 от 2 июля 2015 года. А также свидетельство (копия) об утверждении типа СИ с описанием типа.

То есть, предлагаемое к поставке оборудование, должно быть в обязательном порядке включено в реестр утвержденных типов средств измерений.

Вместе с тем, в соответствии с информацией, содержащейся в реестре утвержденных типов средств измерений, размещенном на официальном сайте Росстата РФ, вышеуказанными техническими параметрами обладают исключительно ультрафиолетовые камеры производства компании «Ofil». Приборов иных производителей, имеющих приведенные в аукционной документации характеристики, в данный реестр не включено.

Таким образом, ответчик ограничил количество возможных изготовителей товара до одного единственного - компании «Ofil», при отсутствии действительными потребности в установлении рассматриваемых избыточных технических требований к закупаемой продукции, **при том, что в документации предусмотрена возможность поставки аналогов.**

При таких обстоятельствах, решение закупочной комиссии об отклонении заявки ООО «ЭСКС» является необоснованным и принято на основании избыточных требований к закупаемой продукции, установленных заказчиком в нарушение положений действующего антимонопольного законодательства РФ и направленных на устранение участников, готовых предложить к поставке камеру, в полной мере отвечающую потребностям заказчика и имеющих возможность исполнить договорные обязательства надлежащим образом и в полном объеме, однако заявивших к поставке продукцию, производителем которой не является компания «Ofil».

В силу положений пункта 3.30 Административного регламента Федеральной антимонопольной службы комиссия при рассмотрении жалобы проводит в соответствии с Законом о контрактной системе и настоящим Регламентом **внеплановую проверку** соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при определении поставщика (подрядчика, исполнителя). **Внеплановая проверка проводится одновременно с рассмотрением жалобы.**

Принимая во внимание, вышеизложенные, в целях создания конкурентной среды при проведении оспариваемой закупочной процедуры и устранения ответчиком вышеуказанных нарушений

просим ФАС:

1. Провести внеплановую проверку соблюдения ответчиком и закупочной комиссией требований действующего законодательства РФ при формировании

требований к закупаемой продукции и проведения отборочной стадии рассмотрения заявок.

2. Обязать ответчика и комиссию пересмотреть итоги отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в Аукционе.

3. Обязать ответчика устранить нарушения, допущенные при проведении закупки путем внесения соответствующих изменений в аукционную документацию.

Приложения к жалобе:

1. Свидетельство об утверждении типа средств измерений УФ-Дефектоскопов Lumina с описанием типа средств измерений, копия – 5л.

2. Свидетельство об утверждении типа средств измерений УФ-Дефектоскопов SonoSam с описанием типа средств измерений, копия – 5л.

3. Протокол рассмотрения заявок, копия – 2л.

4. Документы подтверждающие полномочия ГД:

- Приказ №12, копия – 1л.

- Решение №2, копия – 1л.

Генеральный директор



И.В.Звиняцковский